



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ №1 тел: (032) 656 703

Изх. № 1302401
01.05.2013г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В общинската администрация е постъпило писмено запитване, с което на основание чл. 29 от ЗОП се изискват разяснения по отношение съдържанието на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване за „КОЦ“ Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, по обособени позиции”. Към Кмета на община Пловдив са отправени следните питання:

Въпрос №1: В документацията за участие в обществената поръчка, **II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, 2. Обособена позиция: Дозиметрична апаратура за радиационен контрол – количество 1 бр., в списъка Минимални технически параметри и характеристики** т. 10 с текст „Дозиметричния комплект да съдържа необходимата дозиметрична апаратура за измерване на IMRT-сегментиране, виртуални софтуерни клинове с мултиканален електрометър с подходящ софтуер и мултикамерна детекторна линия.”

Моля да уточните, изисква ли Възложителят възможност за работа на специфицираната мултикамерна детекторна линия във водния фантом от т. 3 и, съответно, необходима ли е съвместимост на софтуера, управляващ мултикамерната детекторна линия, и този към водния фантом?

Въпрос №2: В документацията за участие в обществената поръчка, **II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, 2. Обособена позиция: Дозиметрична апаратура за радиационен контрол – количество 1 бр., в списъка Минимални технически параметри и характеристики** т. 16 изисква „Комплект in vivo дозиметрия, 2 бр. съдържащ: 12 канален електрометър, 12 полупроводникови детектора – external (за фотони 6 MV – 4 бр., за фотони 18 MV – 4 бр., за електрони – 4 бр.), фантом – РММА плоча с гнезда за калибровка за детекторите, необходимите свързващи кабели, софтуер.”

Моля да уточните дали следва да се разбира, че изискваните два броя „Комплект in vivo дозиметрия” **фактически включват общо:** „12 канален електрометър, 12 полупроводникови детектора - external (за фотони 6 MV – 4 бр., за фотони 18 MV – 4 бр., за електрони – 4 бр.), фантом – РММА плоча с гнезда за калибровка за детекторите, необходимите свързващи кабели, софтуер.”

Въпрос №3: В обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, **Изисквано минимално/ни ниво/а е записано:** „Участниците трябва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едно с медицински изделия на територията на Република България от категория 12: изделия за диагностична и терапевтична радиация, издадени по реда на Закона за медицинските изделия.”

Моля да уточните, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, необходимо ли е всеки един от участниците в обединението да притежава удостоверение за търговия на едно с медицински изделия на територията на Република България, или е достатъчно поне един от участниците в обединението да притежава такава?

Въпрос №4: В обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, **Изисквано минимално/ни ниво/а е записано:** „Участниците трябва да са оторизирани от производителя на предлаганите медицински изделия. Участникът да е оторизиран от производителя да извършва доставки на предлаганата апаратура и софтуер.”

Моля да уточните, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, необходимо ли е всеки един от участниците в обединението да бъде отделно оторизиран от производителя на предлаганите медицински изделия, или е достатъчно поне един от участниците в обединението да притежава оторизация?

Въпрос №5: В обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, **Изисквано минимално/ни ниво/а е записано:** „Участникът предлагащ апаратура за лъчелечение (ОП 1, ОП 2 и ОП 3) за притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и други услуги.”

Моля да уточните, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, необходимо ли е всеки един от участниците в обединението отделно да притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, или е достатъчно поне един от участниците в обединението да притежава такава?

Въпрос №6: В документацията за участие, изисквания за участие и указания за подготовка на офертата, В ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2.2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците е посочено:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот от договори за доставки на медицинско оборудване общо за предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в размер на:

За обособена позиция №1: в размер на не по-малко от 900 000 (деветстотин хиляди) лева, сходен с предмета на обособената позиция.

За обособена позиция №2: в размер на не по-малко от 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева, сходен с предмета на обособената позиция.

За обособена позиция №3: в размер на не по-малко от 2 800 000 (два милиона и осемстотин хиляди) лева, сходен с предмета на обособената позиция.

За обособена позиция №4: в размер на не по-малко от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, сходен с предмета на обособената позиция.

Под „доставки със сходен предмет на обособената позиция” се разбира доставки на апаратура или софтуер, с които могат да бъдат постигнати сходни резултати, както с апаратурата или софтуера, предмет на съответната обособена позиция от поръчката.

Като предмет на обособената позиция са:

Обособена позиция №1: Система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране – 1 бр.;

Обособена позиция №2: Дозиметрична апаратура за радиационен контрол – 1 бр.;

Обособена позиция №3: Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия – 1 бр.;

Обособена позиция №4: Система за лъчепланиране на терапия – 1 бр.

Молим да уточните дали под апаратура или софтуер, с които могат да бъдат постигнати сходни резултати, както с апаратурата или софтуера, предмет на съответната обособена позиция от поръчката и ще се признаят като формиращи изискваните обороти за обособена позиция 2, следва да се разбират доставки на апаратура за лъчелечение, посочена в Наредба №6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение” раздел II. точка 4.3.5 и точка 4.7.4

На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ, от ЗОП, във връзка с отправените питания се правят следните разяснения:

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №1**: Да необходимо е. Обособената позиция е с наименование „Дозиметрична апаратура за радиационен контрол“, която се състои от Дозиметричен комплект съдържащ необходимата дозиметрична апаратура за измерване на IMRT сегментиране, виртуални софтуерни клинове с мултиканален електрометър с подходящ софтуер и мултикамерна детекторна линия. От така записаното Комплектоване на дозиметричния комплект съвместимостта е задължителна.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №2**: Да. Отнася се за 2 комплекта детекторни системи по един комплект за 2 (двете) специфицирани енергии на спирачно лъчение указани в позиция „Мултимодален линеен ускорител”.


По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №3**: Удостоверение за търговия на едно с медицински изделия на територията на Република България от категория 12: изделия за диагностична и терапевтична радиация, издадени по реда на Закона за медицинските изделия, се представя от участниците в обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите предвидено в договора за създаване на обединението на основание чл. 25, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №4**: Участниците трябва да са оторизирани от производителя на предлаганите медицински изделия, апаратура или софтуер съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №5**: Необходимо е всеки един от участниците в обединението отделно да притежава

лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения на основание чл. 25, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №6**: Да. Ще бъде признат като формиращи изискваните обороти за апаратура или софтуер, с които могат да бъдат постигнати сходни резултати, както с апаратурата или софтуера, предмет на съответната обособена позиция 2 и доставките на апаратура за лъчелечение, посочени в Наредба №6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение” раздел II точка 4.3.5 и точка 4.7.4 - подходящото дозиметрично и лъчезащитно оборудване съответства на позиция 2 - дозиметрична апаратура за радиационен контрол.



С уважение,

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

Кмет на община Пловдив