



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ №1 тел: (032) 656 703

Изх. № ВО 5409
10.06.2013

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В общинската администрация е постъпило писмено запитване, с което на основание чл. 29 от ЗОП се изискват разяснения по отношение съдържанието на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на дозиметрична апаратура за радиационен контрол за „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив“. Към Кмета на община Пловдив са отправени следните питання:

Въпрос №1: В техническата спецификация т. 4, а именно 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 се съдържат търговските наименования и специфичните обеми на йонизационните камери на една от фирмите производителки.

Въпросът ни е: дали участвайки с подходящи йонизационни камери с приблизителни обеми (и други наименования), но със същото предназначение ще се счита за несъответствие с изискванията на комисията?

Въпрос №2: В техническата спецификация т. 13 се изисква фантом за електронни СТ плътности с минимум 10

Въпрос: Ще приемете ли предложение с различен, но достатъчен брой плътности?

Въпрос №3: В т. 15 от техническата спецификация относно многоканалната измерваща дозиметрична апаратура за проверка на MLC е посочено изискване за определен брой камери, което прави възможно предлагането от само една фирма производител.

Въпрос: Бихте ли приели предложение с различен брой йонизационни – ново технологично високоефективно решение?

На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ, от ЗОП, във връзка с отправените питання се правят следните разяснения:

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №1:** За да отговорят на техническите изисквания, участниците трябва да предложат йонизационни камери с **точните** обеми описани в техническата спецификация, а не с приблизителни такива.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №2**: Възложителят ще приеме техническото предложение на участниците предложили дозиметричен комплект с фантом за електронни СТ плътности с **минимум** 10 различни калибровъчни материали, от бял дроб до титан. Под **минимум** се има предвид фантом за електронни СТ плътности с 10 или повече различни калибровъчни материали, от бял дроб до титан.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №3**: Възложителят би приел техническо предложение на участник, предложил апаратура с **най-малко 625 камери**, като под най-малко се има предвид 625 или повече камери.

С уважение,

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

Кмет на община Пловдив

